

الشروط الواجب توافرها في حجرة العمليات الصغرى والمتوسطة للعيادات الخاصة والمشاركة

- ان لا تقل مساحة حجرة العمليات عن ٢١٢ م^٢
ترابيزة عمليات
أتوكلاف
أسطوانة أكسجين
شفاط عمليات.
آلات جراحية
كشاف عمليات
مولد كهرباء
مكيف هواء
حجرة تعقيم
حجرة إفاقة
جهاز تخدير
جهاز قياس نسبة الاكسجين في الدم
أخصائي تخدير
جهاز أكسجين
إثنين طبيب طواري
ممرضتان

الشروط الواجب توافرها في حجرة العمليات الكبرى بالمستشفيات

- أن لا تقل مساحة حجرة العمليات عن ٢٠٢ م^٢
ترابيزة عمليات
أتوكلاف
أسطوانة أكسجين
شفاط عمليات
آلات جراحية
كشاف عمليات
مولد كهرباء
مكيف هواء
حجرة تعقيم
حجرة إفاقة
جهاز تخدير
جهاز قياس نسبة الاكسجين في الدم
جهاز أكسجين
أنابيب حنجرية
منظار حنجري
مونيتور
جهاز رسم قلب وجهاز ارتجاع البطين

تمت المعاينة بمعرفة د /
توقيع طبيب المعاينة